


Máscara filtrante de proteção respiratória "FFP2" da marca "UNIVENT MEDICAL"

No âmbito do *Safety Gate (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares)*** foi notificado o seguinte produto:



Notificação n.º:	A12/01064/21
Categoria:	Equipamento de proteção
Produto:	Máscara filtrante de proteção respiratória
Designação:	atemious PRO
Marca:	UNIVENT MEDICAL
Tipo / número do modelo:	Art. 2001
Código de barras:	4260688380047
Image	



Aviso

Saúde e segurança dos consumidores



	 
Descrição / Descrição da embalagem:	Máscara facial de proteção respiratória, de cor branca. O produto também é vendido <i>online</i> , e em particular, via <i>Amazon</i> .
País notificador:	Alemanha
País de origem:	Alemanha
Tipo de risco:	Risco para a saúde / outro
Defeito Técnico / Risco:	<p>A capacidade total de filtração da máscara (valor medido: tão baixo quanto 78%) e a retenção de partículas do material filtrante (valor medido: tão baixo quanto 89%) são insuficientes.</p> <p>Consequentemente, a máscara não cumpre os requisitos de saúde e segurança e pode não proteger, devidamente, mesmo que a sua utilização seja combinada com outras medidas recomendadas.</p> <p>O produto não está em conformidade com o Regulamento relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e com a Norma Europeia EN 149.</p>
Medidas adotadas:	<p>As medidas de “Recolha do produto junto dos utilizadores finais” e de “Paragem das vendas” foram adotadas no mercado do país notificador (Alemanha).</p> <p>Relativamente ao mercado português, cabe às autoridades de fiscalização de mercado** verificar se este produto se encontra a ser comercializado a nível nacional.</p>
Sítio de Internet do “Safety Gate”	https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport



Partilhe esta informação!

A Direção-Geral do Consumidor

Praça Duque de Saldanha, n.º 31 -3.º - 1069-013 Lisboa PORTUGAL

T: + 351 21 356 46 00 